

**Znak sprawy: "Zakup i dostawa sprzętu medycznego - audiometru dla WSPL SPZOZ w Ustce"**

Pytania dotyczące Zestawienia parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia:

**Punkt nr 1:** Czy zamawiający dopuści urządzenie bez zasilacza zewnętrznego, lecz z zasilaczem wbudowanym, spełniającym wymagania Dyrektywy Medycznej 93/43 EEC Brak konieczności użycia zewnętrznego zasilacza oznacza większą wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania?

**Punkt nr 2):** Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające port komunikacji z komputerem typ USB zamiast RS232, który obecnie nie jest już stosowany w audiometrach?

**Punkt nr 3):** Czy Zamawiający dopuści zastosowanie przycisku pacjenta nowszego typu niż APS2, który nie jest obecnie produkowany (Interacoustics)?

**Punkt nr 4):** Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowaną drukarką (termiczną), bez możliwości bezpośredniego dołączenia drukarki laserowej, natomiast z możliwością wydruków na drukarce laserowej poprzez komputer PC?